

Abena Nova Slimme Inco

Weten

Wat

Werkt

Slimme Inco meet continu de verzadiging van het incontinentiemateriaal middels een clip en geïntegreerde sensoren. In het materiaal zitten koolstofvezelbanen die informatie over verzadiging doorgeven aan een sensor. Op de MediSense App wordt de informatie zichtbaar hoever het materiaal verzadigd is.

Factsheet
Slimme
Inco

Medewerkers

N = 20



Medewerkers geven de Slimme Inco een:



Cliënten

N = 10



Cliënten geven de Slimme Inco een:



Gebruik

- | | | |
|--|------------|--|
| » Gebruiksgemak scoort een: | 8.1 | » Bij een cliënt in terminale fase werkt het heel goed. Er is veel minder belasting door minder verschoonmomenten. |
| » Gebruikte het product (bijna) dagelijks | 95% | » Minder verschoonmomenten waardoor die tijdweert in te vullen is door individuele aandacht. |
| » Gebruikte het product een paar keer per week | 5% | » Ik vind verschoonen niet fijn. Ik begrijp niet altijd waarom dit nodig is (dementie). |
| » Blijft het product gebruiken, indien beschikbaar | 65% | |
| » Zal het product aanbevelen bij anderen | 40% | |

Opbrensten

- » Relatie met cliënt voor het inzetten van product: **8.2**
- » Relatie met cliënt na het inzetten van product: **8.3**
- » Draagt bij aan werkplezier: **7.1**

Tips/verbeterpunten:

- » Soms geeft de app niets aan maar is er wel een nat bed.
- » Bij grote hoeveelheid urine in een keer wordt de kleding alsnog nat.
- » Zorg voor een goede Wifi verbinding, tijdens de pilot was dit nog niet optimaal bij Markenheem.

Tops/complimenten:

- » Overdag minder belasting voor cliënt wanneer het niet nodig is.
- » Niet onnodig wakker worden gemaakt
- » Fijne pasvorm

'Ik ben heel enthousiast, het zou mooi zijn als de app op de pieper komt met een eigen geluidje'

'Jammer dat het nu nog alleen om urine gaat en defecatie niet gemeten wordt.'

'Deze vervangen door: De cliënten zijn minder onrustig doordat ze niet telkens verschoond hoeven te worden'

'ik vind het een fijn product, wel eerst wennen aan de verdrogingsmomenten loslaten, maar dan is het een perfect product.'

'Cliënt plast vaak veel in een keer, dan is de kleding soms nat, de slimme inco zit dan wel goed voor en toch wordt de kleding nat.'

'De nachtmatt (plakker) werkt goed.'

Tijdsbesparing

Mijn cliënt heeft minder beroep op mij gedaan	45%
Mijn cliënt heeft niet meer of minder beroep op mij gedaan	55%
Mijn cliënt heeft meer beroep op mij gedaan	0%

Belemmeringen

Gegeven tijd	5%
Houding van collega's	25%
Werking van het product	30%
Financiële overwegingen	15%
Organisatorische overwegingen	10%

Tijdsinvestering

- » **90%** van de medewerkers hadden genoeg kennis na eenmalige uitleg of zelf filmpje te bekijken. Dit duurde gemiddeld **41** minuten.
- » **35%** van de medewerkers heeft de cliënt uitleg gegeven over het gebruik. Deze uitleg duurde **7** minuten per keer.
- » **80%** van de medewerkers gaf uitleg aan een of meer collega's over het gebruik. Deze uitleg duurde **8** minuten per keer.

Investinging		Kosten/opbrengsten	
Aanschaf	€ 0.00	Incidentele kosten	
Restwaarde	€ 0.00	Medewerker gerelateerd	€ 1331.39
Levensduur	3 jaar	Product gerelateerd	€ 0.00
Afschrijving	€ 0.00	Structurele kosten	
		Medewerker gerelateerd	€ 0.00
		Product gerelateerd	€ 11994.00

Terugverdientijd

	Resultaat	Kosten	Besparing
Na 1 jaar	€ -11101.02	€ 13325.39	€ 2224.37
Na 2 jaar	€ -20870.65	€ 11994.00	€ 2224.37
Na 3 jaar	€ -30640.28	€ 11994.00	€ 2224.37

Toelichting

De berekening van de terugverdientijd is gebaseerd de kosten en tijd(besparing) dat nodig is om dit product in te zetten binnen een organisatie.

In de adviesnota wordt een toelichting gegeven wat de meerkosten zijn ten opzichte van inzet reguliere incontinentiemateriaal en zal inzichtelijk gemaakt worden welke overige besparingen - zoals bijvoorbeeld waskosten - gerealiseerd kunnen worden. Dit op basis van onderzoeksresultaten en 0-meting rapport Abena.

Deze factsheet is gebaseerd op de Weten Wat Werkt Meerwaardetoets van de TZA.

* Er wordt gerekend met gemiddeld 7 medewerkers per team.

** Kosten per cliënt zijn gebaseerd op metingen bij 56 zorgmomenten.

Publicatiedatum: 8 februari 2024